



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali
Pagina 1 di 3

Controllo Qualità Ab anti-Echinococco Anno 2009

Lotto 108G/K029

Data sessione	Operatore	O.D. C+	O.D. min	C+ DU	DU Soglia	O.D. C-	C- Max
6-lug-09	Serafin	1,386	0,600	26,40	11,00	0,006	0,200
17-lug-09	Bonafini	1,389	0,600	26,36	11,00	0,005	0,200
29-lug-09	Tais	1,303	0,600	26,76	11,00	0,007	0,200
14-ago-09	Bonafini	1,325	0,600	25,83	11,00	0,005	0,200
27-ago-09	Tais	1,370	0,600	25,14	11,00	0,007	0,200
11-set-09	Tais	1,171	0,600	25,57	11,00	0,012	0,200
17-set-09	Bonafini	1,175	0,600	26,00	11,00	0,012	0,200
24-set-09	Bonafini	1,233	0,600	25,90	11,00	0,009	0,200

Tabella 1 Controllo Positivo e Controllo Negativo Ab anti-Echinococco: C+ valori ottimali ≥ 0.600 O.D.; C- assorbanza desiderabile ≤ 0.200 O.D. DU positivi se ≥ 11 .

Data sessione	Operatore	O.D B	B Max	Cut-off	C-off min	C-off max
6-lug-09	Serafin	0,006	0,100	0,525	0,250	0,850
17-lug-09	Bonafini	0,004	0,100	0,527	0,250	0,850
29-lug-09	Tais	0,009	0,100	0,487	0,250	0,850
14-ago-09	Bonafini	0,006	0,100	0,513	0,250	0,850
27-ago-09	Tais	0,006	0,100	0,545	0,250	0,850
11-set-09	Tais	0,013	0,100	0,458	0,250	0,850
17-set-09	Bonafini	0,011	0,100	0,452	0,250	0,850
24-set-09	Bonafini	0,011	0,100	0,476	0,250	0,850

Tabella 2 Bianco campione, assorbanza attesa ≤ 0.100 O.D.. **Cut-off**, valori attesi compresi fra 0.250 O.D. e 0.850 O.D.




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-Echinococco DU: valori positivi ≥ 11 DU

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ	Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi
--	--------------------------------



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 2 di 3




Figura 2 Controllo Positivo Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa ≥ 0.600 O.D.




Figura 3 Controllo Negativo Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa ≤ 0.200 O.D.

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 3 di 3




Figura 4 Bianco Reagente Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa ≤ 0.100 O.D.




Figura 5 Cut-off Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa compresa fra 0.250 e 0.850 O.D.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 13/04/2010 Firma Stefania Bonafini
Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi Zeno Bisoffi data 13.04.2010

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi