

Controllo di Qualità Ab anti-Schistosoma Anno 2009-2010

Controllo Lotto 15/10/09

Data	Operatore	Titolo misurato	DIL Misurata	DIL Min 20	DIL Attesa 40	DIL Max 80	C+ Kit	C-
21-ott-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
28-ott-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
4-nov-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
11-nov-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
13-nov-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
18-nov-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
20-nov-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
25-nov-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
26-nov-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
1-dic-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
5-dic-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
10-dic-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
16-dic-09	Bonafini	40	2	1	2	3	POS	NEG
23-dic-09	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
30-dic-09	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
8-gen-10	Bonafini	40	2	1	2	3	POS	NEG
13-gen-10	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
15-gen-10	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
20-gen-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
27-gen-10	Tais	40	2	1	2	3	POS	NEG
29-gen-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
3-feb-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
10-feb-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
17-feb-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
18-feb-10	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
24-feb-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
3-mar-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
4-mar-10	Serafin	40	2	1	2	3	POS	NEG
10-mar-10	Bonafini	40	2	1	2	3	POS	NEG
17-mar-10	Degani	40	2	1	2	3	POS	NEG
24-mar-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
31-mar-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
1-apr-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
7-apr-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
9-apr-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
14-apr-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
21-apr-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
28-apr-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
5-mag-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
12-mag-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG
19-mag-10	Tais	80	3	1	2	3	POS	NEG
26-mag-10	Serafin	80	3	1	2	3	POS	NEG

Tabella 1 Controllo positivo Ab anti-Schistosoma. Valore del controllo dichiarato 40 (DIL 2), per diluizione minima e diluizione massima si intendono la diluizione minima e la diluizione massima accettabile corrispondenti rispettivamente ai titoli 20 (DIL 2) e 80 (DIL 3).

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ	Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi
--	--------------------------------




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-Schistosoma, valore atteso 40 (corrispondente alla diluizione 2) ± 1 diluizione

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 28/05/2010 Firma Stefania Bonafini
Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi Zeno Bisoffi data 9/6/10