



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 1 di 2

Controllo di Qualità Ab anti-Leishmania Anno 2010-2011

Controllo Negativo Lotto Dicembre 2009

Data sessione	Operatore	Titolo misurato	Titolo Atteso
15-gen-10	Tais	0	0
12-feb-10	Tais	0	0
12-mar-10	Bonafini	0	0
26-mar-10	Tais	0	0
31-mar-10	Bonafini	0	0
15-apr-10	Serafin	0	0
23-apr-10	Tais	0	0
07-mag-10	Tais	0	0
11-giu-10	Bonafini	0	0
01-lug-10	Bonafini	0	0
07-lug-10	Serafin	0	0
16-lug-10	Tais	0	0
30-lug-10	Tais	0	0
27-ago-10	Bonafini	0	0
06-set-10	Bonafini	0	0
07-ott-10	Degani	0	0
11-nov-10	Bonafini	0	0
15-nov-10	Bonafini	0	0
17-dic-10	Bonafini	0	0
03-gen-11	Bonafini	0	0

Tabella 1 Controllo negativo Ab anti-Leishmania. Valore atteso 0.




Figura 1 Controllo negativo Ab anti-Leishmania. Valore atteso 0.

Redatto da:

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 2 di 2

Controllo Positivo Ab anti Leishmania Lotto 20/10/2000

Data sessione	Operatore	Titolo misurato	Titolo Atteso
15-nov-10	Bonafini	80	160
03-gen-11	Bonafini	80	160

Tabella 2 Controllo Positivo Ab anti-Leishmania. Valore atteso 160.
Valore minimo accettabile 80, massimo accettabile 320.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 16/03/2011 Firma

Stefania Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

Zeno Bisoffi

data 17.03.2010

Redatto da:

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi