



Ospedale  
Sacro Cuore-Don Calabria

## Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione  
Don Giovanni Calabria  
per le Malattie Tropicali  
Pagina 1 di 4

### Controllo Qualità Ab anti-Echinococco Sintesi Anno 2010

#### Lotto 108G/K109




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-Echinococco DU: valori positivi  $\geq 11$  DU




Figura 2 Controllo Positivo Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa  $\geq 0.600$  O.D.





Figura 3 Controllo Negativo Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa  $\leq 0.200$  O.D.


Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi


**Lotto 108G/K119**



**Figura 4**Controllo Positivo Ab anti-Echinococco DU: valori positivi  $\geq 11$  DU



**Figura 5** Controllo Positivo Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa  $\geq 0.600$  O.D.



**Figura 6** Controllo Negativo Ab anti-Echinococco, assorbanza attesa  $\leq 0.200$  O.D.

*BB*





Ospedale  
Sacro Cuore-Don Calabria

## Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009


<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>




Fondazione  
Don Giovanni Calabria  
per le Malattie Tropicali

Pagina 3 di 3


### Lotto 108G/K030



**Figura 6 Controllo Positivo Ab anti-Echinococco**, assorbanza attesa  $\geq 0.600$  O.D.



**Figura 7 Controllo Positivo Ab anti-Echinococco DU**: valori positivi  $\geq 11$  DU



**Figura 8 Controllo Negativo Ab anti-Echinococco**, assorbanza attesa  $\leq 0.200$  O.D.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 27/04/2011 Firma

*Stefania Bonafini*

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

*Zeno Bisoffi*

data 27.04.2011

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi