



Controllo Qualità Ab anti-Malaria Sintesi 2010

Controllo Positivo Lotto M+ 27/10/09

Titolo \pm 320




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-Malaria. Titolo atteso 320 corrispondente alla diluizione 5, titolo minimo accettabile 160 (dil 4), titolo massimo accettabile 640 (dil 6).

Controllo Positivo Lotto M+ 12/06/10 t

Titolo \pm 640




Figura 2 Controllo Positivo Ab anti-Malaria. Titolo atteso 640 corrispondente alla diluizione 6, titolo minimo accettabile 320 (dil 5), titolo massimo accettabile 1280 (dil 7).

Report redatto da Stefania Bonafini aggiornato al 03/05/2010 Firma

Stefania Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

Zeno Bisoffi

data _____