



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

**Servizio autonomo di Epidemiologia e
Laboratorio per le Malattie Tropicali**

Primario: *Dr. Zeno Bisoffi*

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 1 di 1

**Controllo Qualità Ab anti-Ameba
Anno 2010**

Controllo Positivo Lotto: Senza Lotto




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti Ameba: Titolo atteso 800 corrispondente alla diluizione 5, diluizione minima accettabile 4 (Tit 400), diluizione massima accettabile 6 (Tit 1600)

Note: il controllo in questione non presenta la numerazione prevista dalla Procedura di Controllo di Qualità in quanto preparato prima della stesura del protocollo.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 06/06/2011 Firma S. Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi [Signature] data _____

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ	Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi
--	--------------------------------