



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 16/12/2010

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 1 di 2

Controllo di Qualità Ab anti-cisticerco ELISA Anno 2010




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-Cisticerco, valore atteso ≥ 0.5 O.D.




Figura 2 Controllo Negativo Ab anti-Cisticerco, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 3 Controllo Positivo Ab anti-Cisticerco, valore atteso ≥ 0.5 O.D.

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 16/12/2010

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 2 di 2




Figura 4 Controllo Negativo Ab anti-Cisticerco, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 5 Controllo Positivo Ab anti-Cisticerco, valore atteso ≥ 0.5 O.D.




Figura 6 Controllo Negativo Ab anti-Cisticerco, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 16/12/2010 Firma

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

data

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi