



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 14/02/2012

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 1 di 5

Controllo di Qualità Ab anti-toxocara Anno 2011




Figura 1 Controllo Negativo Ab anti-toxocara. Valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 2 Controllo Positivo Ab anti-toxocara, valore atteso ≥ 0.5 O.D. Limite di lettura strumentale 3 O.D. (unità di densità ottica), per letture OUT viene inserito il valore 3.

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 14/02/2012

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 2 di 5




Figura 3 Controllo Negativo Ab anti-toxocara, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 4 Controllo Positivo Ab anti-toxocara, valore atteso ≥ 0.5 O.D. Limite di lettura strumentale 3 O.D. (unità di densità ottica), per letture OUT viene inserito il valore 3.

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 14/02/2012

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 3 di 5




Figura 5 Controllo Negativo Ab anti-toxocara, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 6 Controllo Positivo Ab anti-toxocara, valore atteso ≥ 0.5 O.D. Limite di lettura strumentale 3 O.D. (unità di densità ottica), per letture OUT viene inserito il valore 3.

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 14/02/2012

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 4 di 5




Figura 7 Controllo Negativo Ab anti-toxocara, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 8 Controllo Positivo Ab anti-toxocara, valore atteso ≥ 0.5 O.D. Limite di lettura strumentale 3 O.D. (unità di densità ottica), per letture OUT viene inserito il valore 3.

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 14/02/2012

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 5 di 5




Figura 9 Controllo Negativo Ab anti-toxocara, valore atteso compreso fra 0 e 0.3 O.D.




Figura 10 Controllo Positivo Ab anti-toxocara, valore atteso ≥ 0.5 O.D. Limite di lettura strumentale 3 O.D. (unità di densità ottica), per letture OUT viene inserito il valore 3.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 14/02/2012 Firma

Stefania Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

Zeno Bisoffi

data

14/2/2012

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi