



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 1 di 5

Controllo di Qualità Ab anti-*Strongyloides stercoralis* Anno 2010

Controllo Positivo Lotto 300409

Sessione	Operatore	Valore misurato	DIL Misurata	DIL Min 80	DIL Attesa 160	DIL Max 320
3-mar-10	Degani	160	4	3	4	5
4-mar-10	Degani	160	4	3	4	5
10-mar-10	Degani	160	4	3	4	5
11-mar-10	Degani	160	4	3	4	5
17-mar-10	Bonafini	160	4	3	4	5
18-mar-10	Bonafini	160	4	3	4	5
25-mar-10	Bonafini	160	4	3	4	5
31-mar-10	Bonafini	160	4	3	4	5
7-apr-10	Degani	160	4	3	4	5
14-apr-10	Bonafini	160	4	3	4	5
15-apr-10	Bonafini	160	4	3	4	5
22-apr-10	Bonafini	160	4	3	4	5
28-apr-10	Bonafini	160	4	3	4	5
5-mag-10	Bonafini	160	4	3	4	5
6-mag-10	Bonafini	80	3	3	4	5
12-mag-10	Bonafini	160	4	3	4	5
19-mag-10	Bonafini	160	4	3	4	5
26-mag-10	Degani	80	3	3	4	5
3-giu-10	Degani	160	4	3	4	5
8-giu-10	Bonafini	160	4	3	4	5
9-giu-10	Bonafini	160	4	3	4	5
16-giu-10	Bonafini	160	4	3	4	5
22-giu-10	Bonafini	80	3	3	4	5

Tabella 1 Controllo positivo Ab anti-*Strongyloides stercoralis*. Valore del controllo dichiarato 160 (DIL 4), per diluizione minima e diluizione massima si intendono la diluizione minima e la diluizione massima accettabile corrispondenti rispettivamente ai titoli 80 (DIL 3) e 320 (DIL 5).

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali
Pagina 2 di 5

Controllo Positivo Ab anti-*Strongyloides stercoralis* Lotto 300409




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-*Strongyloides stercoralis*, valore atteso 160 (corrispondente alla diluizione 4) ± 1 diluizione

Controllo Positivo 260310

Sessione	Operatore	Val. misurato	DIL Misurata	DIL Min 40	DIL Attesa 80	DIL Max 160
30-giu-10	Bonafini	160	4	2	3	4
7-lug-10	Bonafini	160	4	2	3	4
14-lug-10	Bonafini	80	3	2	3	4
21-lug-10	Bonafini	80	3	2	3	4
28-lug-10	Degani	80	3	2	3	4
4-ago-10	Gobbo	80	3	2	3	4
10-ago-10	Bonafini	160	4	2	3	4
18-ago-10	Bonafini	160	4	2	3	4
21-ago-10	Bonafini	160	4	2	3	4
25-ago-10	Gobbo	80	3	2	3	4
1-set-10	Gobbo	160	4	2	3	4
8-set-10	Degani	80	3	2	3	4
14-set-10	Bonafini	160	4	2	3	4
16-set-10	Bonafini	80	3	2	3	4
22-set-10	Bonafini	80	3	2	3	4
29-set-10	Bonafini	80	3	2	3	4
6-ott-10	Gobbo	80	3	2	3	4
13-ott-10	Bonafini	160	4	2	3	4
20-ott-10	Bonafini	80	3	2	3	4
21-ott-10	Bonafini	80	3	2	3	4
27-ott-10	Bonafini	160	4	2	3	4
3-nov-10	Bonafini	160	4	2	3	4
10-nov-10	Bonafini	80	3	2	3	4
17-nov-10	Degani	80	3	2	3	4

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 3 di 5

24-nov-10	Bonafini	80	3	2	3	4
1-dic-10	Bonafini	80	3	2	3	4
9-dic-10	Bonafini	80	3	2	3	4
15-dic-10	Degani	80	3	2	3	4
22-dic-10	Bonafini	80	3	2	3	4
29-dic-10	Degani	80	3	2	3	4
5-gen-11	Bonafini	80	3	2	3	4
12-gen-11	Bonafini	80	3	2	3	4

Tabella 2 Controllo positivo Ab anti-*Strongyloides stercoralis*. Valore del controllo dichiarato 80 (DIL 3), per diluizione minima e diluizione massima si intendono la diluizione minima e la diluizione massima accettabile corrispondenti rispettivamente ai titoli 40 (DIL 2) e 160 (DIL 4).



Figura 2 Controllo Positivo Ab anti-*Strongyloides stercoralis*, valore atteso 80 (corrispondente alla diluizione 3) ± 1 diluizione

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 4 di 5

Controllo Negativo Lotto Gennaio 2010

Data sessione	Operatore	Titolo misurato	Titolo atteso
3-mar-10	Degani	0	0
4-mar-10	Degani	0	0
10-mar-10	Degani	0	0
11-mar-10	Degani	0	0
17-mar-10	Bonafini	0	0
18-mar-10	Bonafini	0	0
25-mar-10	Bonafini	0	0
31-mar-10	Bonafini	0	0
7-apr-10	Degani	0	0
7-apr-10	Degani	0	0
14-apr-10	Bonafini	0	0
15-apr-10	Bonafini	0	0
22-apr-10	Bonafini	0	0
28-apr-10	Bonafini	0	0
5-mag-10	Bonafini	0	0
6-mag-10	Bonafini	0	0
12-mag-10	Bonafini	0	0
19-mag-10	Bonafini	0	0
26-mag-10	Degani	0	0
3-giu-10	Degani	0	0
8-giu-10	Bonafini	0	0
9-giu-10	Bonafini	0	0
16-giu-10	Bonafini	0	0
7-lug-10	Bonafini	0	0
14-lug-10	Bonafini	0	0
21-lug-10	Bonafini	0	0
28-lug-10	Degani	0	0
4-ago-10	Gobbo	0	0
10-ago-10	Bonafini	0	0
18-ago-10	Bonafini	0	0
21-ago-10	Bonafini	0	0
25-ago-10	Gobbo	0	0
1-set-10	Gobbo	0	0
8-set-10	Degani	0	0
14-set-10	Bonafini	0	0
16-set-10	Bonafini	0	0
22-set-10	Bonafini	0	0
29-set-10	Bonafini	0	0
6-ott-10	Gobbo	0	0
13-ott-10	Bonafini	0	0
20-ott-10	Bonafini	0	0
21-ott-10	Bonafini	0	0
27-ott-10	Bonafini	0	0

Tabella 2 Controllo negativo. Valore atteso 0

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 30/09/2009

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 5 di 5




Figura 3 Controllo negativo Ab anti-*Strongyloides stercoralis*. Valore atteso 0

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 08/03/2011 Firma

Stefania Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

Z. Bisoffi

data

11/3/2011

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi