



Controllo di Qualità Ab anti-schistosoma Anno 2014




Figura 1 Controllo Positivo Interno 2014 Lotto SCHISTO 10

NB: Da protocollo tutti i risultati positivi si ricontrollano in una sessione d'analisi successiva. Nel caso in cui il controllo interno suggerisca la sovrastima dei valori, i negativi vengono validati, mentre i risultati positivi vengono ricontrollati nella sessione successiva.

Redatto da: Dr.ssa Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi