



AVALIAÇÃO Janeiro/2017
 Lote PRO-EX: 0389
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 8 de fevereiro de 2017

Data de Envio: 10 de janeiro de 2017

Data de Entrega: 5 de fevereiro de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 19-20-21

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 19	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		NÃO REAGENTE	--				0	0	B
T. CRUZI Sample 19	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		NÃO REAGENTE	--				0	0	B
T. CRUZI Sample 20	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	B
T. CRUZI Sample 20	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	B
T. CRUZI Sample 21	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	B
T. CRUZI Sample 21	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 19-
20-21

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

JANEIRO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2017

2-10-17
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



AVALIAÇÃO Dezembro/2017

Lote PRO-EX: 0400

Participante: 07016

Data de Avaliação: 9 de janeiro de 2018

Data de Envio: 5 de dezembro de 2017

Data de Entrega: 5 de janeiro de 2018

Chagas Trypanosoma cruzi # 16-17-18

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 16	ELISA lisado		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 16	ELISA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				4	4	B
T. CRUZI Sample 17	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 17	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				4	4	B
T. CRUZI Sample 18	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 18	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				4	4	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 16-
17-18

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

DEZEMBRO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2018

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



AVALIAÇÃO Novembro/2017

Lote PRO-EX: 0399

Participante: 07016

Data de Avaliação: 8 de dezembro de 2017

Data de Envio: 7 de novembro de 2017

Data de Entrega: 6 de dezembro de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 13-14-15

					Resultados da Coordenadoria / Associados					
Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 13	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 13	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				2	2	B
T. CRUZI Sample 14	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 14	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				2	2	B
T. CRUZI Sample 15	ELISA lisado		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 15	ELISA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				3	3	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 13-
14-15

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

NOVEMBRO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2017


Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



AVALIAÇÃO Outubro/2017

Lote PRO-EX: 0398

Participante: 07016

Data de Avaliação: 8 de novembro de 2017

Data de Envio: 3 de outubro de 2017

Data de Entrega: 5 de novembro de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 10-11-12

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 10	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 10	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				3	3	B
T. CRUZI Sample 11	ELISA lisado		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 11	ELISA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				3	3	B
T. CRUZI Sample 12	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 12	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				2	2	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 10-
11-12

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

OUTUBRO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2017


Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



AVALIAÇÃO Setembro/2017

Lote PRO-EX: 0397

Participante: 07016

Data de Avaliação: 7 de outubro de 2017

Data de Envio: 5 de setembro de 2017

Data de Entrega: 5 de outubro de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 7-8-9

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 7	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 7	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				3	3	B
T. CRUZI Sample 8	ELISA lisado		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 8	ELISA		NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE				3	3	B
T. CRUZI Sample 9	ELISA lisado		REAGENTE	REAGENTE				1	1	B
T. CRUZI Sample 9	ELISA		REAGENTE	REAGENTE				2	2	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 7-8-9

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

SETEMBRO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2017

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO Agosto/2017
 Lote PRO-EX: 0396
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 8 de setembro de 2017

Data de Envio: 8 de agosto de 2017

Data de Entrega: 5 de setembro de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 4-5-6

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 4	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		NÃO REAGENTE	--				0	0	NA
T. CRUZI Sample 4	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		NÃO REAGENTE	--				0	0	NA
T. CRUZI Sample 5	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	NA
T. CRUZI Sample 5	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	NA
T. CRUZI Sample 6	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	NA
T. CRUZI Sample 6	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)		REAGENTE	--				0	0	NA



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 4-5-6

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

AGOSTO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2017


Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO Julho/2017
Lote PRO-EX: 0395
Participante: 07016
Data de Avaliação: 9 de agosto de 2017

Data de Envio: 4 de julho de 2017

Data de Entrega: 5 de agosto de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 1-2-3

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 1	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	NA
T. CRUZI Sample 1	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	NA
T. CRUZI Sample 2	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	NA
T. CRUZI Sample 2	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	NA
T. CRUZI Sample 3	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	NA
T. CRUZI Sample 3	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	NA



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 1-2-3

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

JULHO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2017

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO Junho/2017
 Lote PRO-EX: 0394
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 6 de julho de 2017

Data de Envio: 5 de junho de 2017

Data de Entrega: 10 de julho de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 34-35-36

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 34	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 34	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 35	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 35	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 36	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 36	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 34-
35-36

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

JUNHO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 6 de julho de 2017


Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO Maio/2017
 Lote PRO-EX: 0393
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 6 de junho de 2017

Data de Envio: 9 de maio de 2017

Data de Entrega: 5 de junho de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 31-32-33

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 31	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 31	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 32	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 32	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 33	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 33	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 31-32-33

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

MAIO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2017


Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO: Abril/2017
 Lote PRO-EX: 0392
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 8 de maio de 2017

Data de Envio: 4 de abril de 2017

Data de Entrega: 5 de maio de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 28-29-30

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 28	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 28	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 29	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 29	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 30	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 30	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 28-
29-30

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

ABRIL/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2017

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO Março/2017
 Lote PRO-EX: 0391
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 10 de abril de 2017

Data de Envio: 7 de março de 2017

Data de Entrega: 5 de abril de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 25-26-27

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 25	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 25	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 26	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 26	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 27	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 27	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO-FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 25-
26-27

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

MARÇO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2017

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente



AVALIAÇÃO Fevereiro/2017
 Lote PRO-EX: 0390
 Participante: 07016
 Data de Avaliação: 8 de março de 2017

Data de Envio: 7 de fevereiro de 2017

Data de Entrega: 5 de março de 2017

Chagas Trypanosoma cruzi # 22-23-24

Constituinte	Método	Unidade	Determinação do Laboratório	Média	Resultados da Coordenadoria / Associados					
					DRM(%)	DP	CV(%)	QA	QGAV	Conceito
T. CRUZI Sample 22	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 22	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 23	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 23	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 24	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B
T. CRUZI Sample 24	QUIMIOLUMINESCÊNCIA (ARCHITECT/VITROS/BIO- FLASH/LIAISON/CENTAUR/MAGLUMI)	NÃO REAGENTE	--					0	0	B



Programa Nacional de Controle de Qualidade
Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)
Provedor de ensaios de Proficiência para Laboratórios Clínicos, Bancos de Sangue,
Organizações de Diagnóstico in vitro e Alimentos



Especialidades Avaliadas:

Chagas Trypanosoma cruzi # 22-
23-24

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E LABORATORIO PER LE MALATTIE TROPICALI

situado na

OSPEDALE SACRO CUORE - VIA DON SEMPREBONI , n.º 5 - 37024 - - NEGRAR - VERONA - - CEP: - ITÁLIA

está inscrito sob o nº 07016 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

FEVEREIRO/2017

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 8 de março de 2017


Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães

Superintendente