



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

Direttore: Prof Z. Bisoffi

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.2 del 10/09/2018

Sezione SAELMT

Pagina 1 di 8

COPROPARASSITOLOGICO

CONCORDANZA DEL PROCESSO E DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA

Inserimento dei dati

Campione ripreparato

Per ogni campione è stato inserito: la data di preparazione, il preparatore, il lettore, chi ha scelto il campione primario, il risultato della lettura e il codice d'identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al barattolo primario è identificato con "Copro" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera **a** che significa "prima lettura", es. Copro-4**a**.

Il referto del "campione controllo" corrispondente è identificato con "Copro" e lo stesso numero progressivo del Copro **a** (prima lettura), seguito dalle lettere **ba** che significa "seconda lettura campione **a** ripreparato", es. Copro-4**ba**.

Sedimento riletto

Per ogni campione è stato inserito: il preparatore, la data di lettura, il lettore, il risultato della lettura e il codice di identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al sedimento primario è identificato con "Copro" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera **c** che significa "prima lettura", es. Copro-4**c**.

Il referto del "sedimento controllo" corrispondente è identificato con "Copro" e lo stesso numero progressivo del Copro **c** (prima lettura), seguito dalle lettere **dc** che significa "seconda lettura sedimento **c** riletto", es. Copro-4**dc**.

Criterio e valutazione:

Il risultato della lettura del campione **a/c** è considerato come riferimento per la valutazione del risultato del corrispondente campione **ba/dc**.

Criterio di valutazione:

(4)	0= identificati gli stessi parassiti (indipendentemente dalla quantità)
(3/5)	+1= missed versus una forma, rarissime o rare
(2/6)	+2= missed versus alcune
(1/7)	+3= missed versus parecchie o più


7	+3 (NON ACCETTABILE)
6	+2 (LIMITE)
5	+1 (ACCETTABILE)
4	0 (CONCORDANTE)
3	-1 (ACCETTABILE)
2	-2 (LIMITE)
1	-3 (NON ACCETTABILE)

Corrispondenza con il grafico

N.B.: i numeri tra parentesi corrispondono, nel grafico, al valore nell'asse delle ordinate.

il valore + indica che nel campione **ba/dc** è stato visto un qualche parassita in più che nel campione **a/c**, il valore - indica, invece, che nel campione **ba/dc** è stato

Redatto da: Team RQ	Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
 PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
 REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Direttore: Prof Z. Bisoffi
 Responsabile: Dr.ssa F. Perandin
 Ed.2 del 10/09/2018

Sezione SAELMT


visto un qualche parassita in meno che nel campione **a/c**, nelle quantità indicate dal numero che segue tale valore (scostamento).

Dati 2017

CONCORDANZA COMPLESSIVA DEL PROCESSO (dalla preparazione alla lettura del campione)

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

n° campioni: 33



Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
 PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
 REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

Direttore: Prof Z. Bisoffi

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.2 del 10/09/2018


Sezione SAELMT

Pagina 3 di 8

CONCORDANZA DEL PROCESSO VALUTATA PER SINGOLO MICROSCOPISTA

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile


Microscopista 1: n° campioni 29



Microscopista 2: n° campioni 0


Microscopista 3: n° campioni 0

Microscopista 4: n° campioni 4



Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
 PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
 REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Direttore: Prof Z. Bisoffi
 Responsabile: Dr.ssa F. Perandin
 Ed.2 del 10/09/2018

Sezione SAELMT


Pagina 4 di 8

CONCORDANZA DEL PROCESSO INTRAMICROSCOPISTA

Entrambe le letture (campione e controllo) eseguite dallo stesso microscopista

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

Microscopista 1: n° campioni 23



Microscopista 2: n° campioni 0

Microscopista 3: n° campioni 0

Microscopista 4: n° campioni 2

Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
 PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
 REGIONE VENETO


Centro per le Malattie Tropicali

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Direttore: Prof Z. Bisoffi
 Responsabile: Dr.ssa F. Perandin
 Ed.2 del 10/09/2018

Sezione SAELMT


Pagina 5 di 8



CONCORDANZA COMPLESSIVA DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA (rilettura del campione già letto)

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

n° campioni: 40



Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
 PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
 REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Direttore: Prof Z. Bisoffi
 Responsabile: Dr.ssa F. Perandin
 Ed.2 del 10/09/2018


Sezione SAELMT

Pagina 6 di 8

CONCORDANZA DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA VALUTATA PER SINGOLO MICROSCOPISTA


● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

Microscopista 1: n° campioni 40



Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
 PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
 REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Direttore: Prof Z. Bisoffi
 Responsabile: Dr.ssa F. Perandin
 Ed.2 del 10/09/2018

Sezione SAELMT

Pagina 7 di 8

Microscopista 2: n° campioni 0

Microscopista 3: n° campioni 0


Microscopista 4: n° campioni 0

CONCORDANZA DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA INTRAMICROSCOPISTA

Entrambe le letture (campione e controllo) eseguite dallo stesso microscopista

Microscopista 1: n° campioni 38

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile



Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



IRCCS Ospedale
Sacro Cuore - Don Calabria
PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO
REGIONE VENETO

Centro per le Malattie Tropicali

Direttore: Prof Z. Bisoffi

U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.2 del 10/09/2018

Sezione SAELMT

Pagina 8 di 8

Microscopista 2: n° campioni 0

Microscopista 3: n° campioni 0

Microscopista 4: n° campioni 0

Redatto da: Team RQ

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin